

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CERTIFICATE OF CALIBRATION



ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-026

Página 1 de 3

CERTIFICADO No.

LDM-CEB-D519-22

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

CLIENTE: ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO
Client
DIRECCIÓN: CALLE 42 F BIS SUR No. 84 - 10
Address
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
City

DATOS DEL INSTRUMENTO SOMETIDO A CALIBRACIÓN

INSTRUMENTO:	BASCULA DIGITAL	FABRICANTE:	TEK
Instrument		Manufacturer	
MODELO:	7516	CÓDIGO INTERNO:	B1
Model		Internal Code	
NÚMERO DE SERIE:	6338700086	CAPACIDAD MÁXIMA:	3000 kg
Serial Number		Maximum capacity	
LUGAR DE CALIBRACIÓN:	EKA 38651101 - (In Situ)	DIVISIÓN DE ESCALA:	0,5 kg
Calibration Place		Scale division	
FECHA DE RECEPCIÓN:	2022-04-21	FECHA DE CALIBRACIÓN:	2022-04-21
Date of Reception		Date of Calibration	

DATOS DEL LABORATORIO

NOMBRE DEL LABORATORIO: DOMAT METROLOGIA SAS.
Laboratory Name
DIRECCIÓN DEL LABORATORIO: CARRERA 73 B No 10 A - 17 - Oficina 101
Laboratory Address
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
City



MÉTODO UTILIZADO

Para la calibración se emplea el método de comparación directa con pesas patrón aplicando las pruebas de excentricidad, repetibilidad y errores de indicación asociando los errores obtenidos y estimando las incertidumbres de acuerdo a los lineamientos estipulados en la guía SIM MWG/cg-01/v. 00:2009

INCERTIDUMBRE

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k=2" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

NOTAS:

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This certificate is an accurate record of performed measurements results. This certificate may not be partially or totally reproduced. The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurement were made. The issuing laboratory assumes no responsibility for ensuring due to misuse of the calibrated instruments.

Número de páginas del certificado incluyendo anexos:
Number of pages of this certificate and documents attached

3

MAGNITUD
Magnitude

MASA
Mass

Kimberly Sánchez

Ing. Kimberly Sánchez
Director Técnico
Autorizo y Aprobo

2022-04-22
Fecha expedición

Sello

LAB-04-F02
2021-06-15
V. 08

PBX. 57 (1) 300 3237 - 3103165228
comercial@domatmetrologia.com
Carrera 73 B N° 10 A - 17 Ofic 101 Bogotá - Col.
www.domatmetrologia.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CERTIFICATE OF CALIBRATION



ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-026

Página 2 de 3

CERTIFICADO No. LDM-CEB-D519-22

INSPECCIÓN INICIAL

Se inspecciona de manera visual las características técnicas del instrumento (Capacidad Máx, Capacidad Min, y División de Escala); se evidencia que sus condiciones de uso y ubicación son adecuadas para llevar a cabo la calibración.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales existentes en el sitio de calibración y reportadas en este certificado, fueron medidas con instrumentos calibrados y trazables al SI.

CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura	Humedad Relativa	Presión Atmosférica
17,0 °C	64 %HR	756 hPa

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Esta prueba se realizó de acuerdo al numeral 5.1 de la guía SIM MWG/cg-01/v. 00:2009, se utiliza una carga proporcional al intervalo de medición del instrumento.

CARGAS APLICADAS	900 kg
Desviación Estandar	0,24


PRUEBA DE EXCENTRICIDAD

Esta prueba se realizó de acuerdo al numeral 5.3 de la guía SIM MWG/cg-01/v. 00:2009, y la carga utilizada para realizar esta prueba fue de 700 kg.

POSICIÓN	Error (kg)
1	0,0
2	0,0
3	0,0
4	0,5
5	0,5

TIPO DE PLATAFORMA

Cuadrada



LAB-04-F02
2021-06-15
V. 08

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CERTIFICATE OF CALIBRATION

CERTIFICADO No.

LDM-CEB-D519-22



ISO/IEC 17025:2017
18-LAC-026


Página 3 de 3

PRUEBA DE ERRORES DE INDICACIÓN

Esta prueba se realizó de acuerdo al numeral 5.2 de la guía SIM MWG/cg-01/v. 00:2009.

Cargas Aplicadas (kg)	Error (kg)	Incertidumbre (kg)
10	0,0	6,7E-01
20	0,0	6,7E-01
50	0,0	6,7E-01
100	0,0	6,7E-01
300	0,0	6,8E-01
600	0,0	7,1E-01
800	0,0	7,4E-01
900	0,5	7,6E-01
1100	0,5	8,1E-01
1200	-0,5	8,3E-01

GRÁFICA ERRORES DE INDICACIÓN



TRAZABILIDAD

Domat Metrología S.A.S. garantiza la trazabilidad metrológica de los resultados de las mediciones de sus patrones al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena interrumpida y documenta de calibraciones proporcionadas por un laboratorio acreditado y con su incertidumbre de medición asociada.

- * Pesa individual 10 kg Clase: OIML M1 con Certificado No. LDM-CEM-3814-21 y emitido por DOMAT METROLOGIA SAS.
- * Juego de pesas 20 kg Clase: OIML M1 con Certificado No. LDM-CEM-0108-22 / LDM-CEM-0119-22 y emitido por DOMAT METROLOGIA SAS.

OBSERVACIONES

1. Los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a calibración.
2. Las mediciones reportadas en este certificado de calibración garantizan la trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI).
3. Los datos reportados en este certificado de calibración junto a las especificaciones técnicas son suministrados por el cliente, en caso de presentar una novedad por parte del laboratorio se dispondrá la información en el formato LAB-01-F07 Reporte de calibración.

LAB-04-F02
2021-06-15
V. 08

FIN DE CERTIFICADO

PBX. 57 (1) 300 3237 - 3103165228
comercial@domatmetrologia.com
Carrera 73 B N° 10 A - 17 Ofic 101 Bogotá - Col.
www.domatmetrologia.com